



Dana: 21.09.2015.

Broj: 5/1464

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - sistem za video gastroskopiju i kolonoskopiju sa procesorom, izvorom svetla, LCD monitorom, aspiracionom pumpom i pokretnim postoljem, broj javne nabavke 67-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 15.09.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 16.09.2015. (u IOV zaveden pod brojem 4676 od 16.09.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

1. Tehničkom specifikacijom konkursne dokumentacije pod tačkom 4 Monitor Medicinski LCD od 26 inča, tačka 4.1 1920 (H) x 1200 (H) piksela, 400cd/m2, 178° da li je moguće ponuditi i model 1920 (H) x 1080 (H) piksela, 450cd/m2, 178° jer je u pitanju novi model medicinskog monitora sa još boljim karakteristikama.

Nadamo se da ćete odobriti ponudu dobara navedenih karakteristika i time ispoštovati član 10. ZJN.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Naručilac prihvata predlog za izmenu konkursne dokumentacije, te će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i istu objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

na strani 5 od 48, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, tačka 4 podtačka 4.1. **tekst:** "1920 (H) x 1200 (H) piksela, 400cd/m2, 178°"

menja se i glasi: „1920 (H) x 1080 (H) piksela, 450cd/m2, 178°“

i

na strani 33 od 48, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6. Podtačka 6.2. u tabelarnom delu, tačka 4 podtačka 4.1, **tekst:** "1920 (H) x 1200 (H) piksela, 400cd/m2, 178°"

menja se i glasi: „1920 (H) x 1080 (H) piksela, 450cd/m2, 178°.“

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 67-2015-O-01