



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 02.09.2015.

Broj: 5/1339

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U pregovaračkom postupku javne nabavke dobara - talasovod SN1042, rezervni deo za linearni akcelerator VARIAN 600DBX sa demontažom starog i montažom novog talasovoda, testiranjem i podešavanjem aparata za dovođenje u funkcionalno stanje i bezbedno za pacijente i osoblje koje radi na njemu i puštanje u rad u Institutu za onkologiju Vojvodine, broj javne nabavke 68-2015-P-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda upućen licima dana 28.08.2015. godine i za koju je Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila Republike Srbije i internet stranici IOV dana 28.08.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje bez broja od 31.08.2015. (u IOV zaveden pod brojem 4384 od 31.08.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

1.Predmet javne nabavke definisan je kao

„ TALASOVOD SN1042, REZERVNI DEO ZA LINEARNI

AKCELERATOR VARIAN 600DBX SA DEMONTAŽOM STAROG I MONTAŽOM NOVOG

TALASOVODA, TESTIRANJEM I PODEŠAVANJEM APARATA ZA DOVOĐENJE U

FUNKCIONALNO STANJE I BEZBEDNO ZA PACIJENTE I OSOBLJE KOJE RADI NA NJEMU

I PUŠTANJE U RAD U INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE“

što podrazumeva demontažu starog, nabavku novog talasovoda njegovu ugradnju i testiranje i puštanje u rad akceleratora. S obzirom na starost aparata možemo pretpostaviti da se i posle uspešne montaže novog talasovoda može desiti da prilikom puštanja aparata u rad ispostavi da postoji još neotkrivenih nedostataka odnosno kvarova koji nisu identifikovani prilikom defektaže talasovoda, a koji nisu u neposrednoj vezi sa predmetom nabavke a kao posledicu onemogućavaju da se izvrši kvalitativni prijem aparata i njegovo puštanje u klinički rad. Da li je Naručilac predvideo takvu okolnost? Predlažemo da se zato kvalitativni prijem izvrši u skladu sa proizvođačkim protokolom za zamenu talasovoda.

2.Traženi rok isporuke od 20 dana je izuzetno kratak s obzirom da deo dolazi iz SAD-a. Uvažavajući hitnost ove nabavke predlažemo rok isporuke do 6 nedelja.

3.Čl.9.1.Plaćanje

S obzirom na vrednost javne nabavke, značaj i njenu hitnost kao i prethodnu praksu prilikom nabavke talasovoda na IORS-u u Beogradu (gde je nabavka realizovana avansnim plaćanjem) predlažemo da se u cilju obezbeđivanja konkurencije u skladu sa čl.10 ZJN omogući 100% avansno plaćanje (uz odgovarajuće finansijsko obezbeđenje) jer se Naručilac već dovoljno obezbedio bankovnim garancijama za ozbiljnost ponude i dobro izvršenje posla.

4.Zahtevani garantni rok od 24 meseci je neprimerno dugačak jer sam proizvođač talasovoda ne nudi tako dugačak garantni rok. Predlažemo da garancija na rezervni deo bude proizvođačka garancija koja iznosi 3 meseca kao i za ostale rezervne delove.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015, u daljem tekstu: ZJN) izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

a) Na strani 4 od 33, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1), posle stava 4, dodaje se tekst **koji glasi:**

„Ukoliko tokom realizacije javne nabavke, Naručilac i Dobavljač utvrde da postoje i drugi kvarovi zbog kojih je nemoguće dovesti opremu u funkcionalno stanje i pustiti u rad, Naručilac će angažovati servisnu službu sa kojom ima zaključen ugovor o servisnom održavanju za medicinsku opremu proizvođača Varian i u tom slučaju doći će do odlaganja kvalitativnog prijema.“

b) Na strani 17 od 33, u Dokumentu broj 6 Obrazac Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka (9), podtačka 9.4. **dodaje se tekst:**

"Ukoliko tokom realizacije javne nabavke, Naručilac i Dobavljač utvrde da postoje i drugi kvarovi zbog kojih je nemoguće dovesti opremu u funkcionalno stanje i pustiti u rad, Naručilac će angažovati servisnu službu sa kojom ima zaključen ugovor o servisnom održavanju za medicinsku opremu proizvođača Varian i u tom slučaju doći će do odlaganja kvalitativnog prijema."

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac ostaje pri svom zahtevu. Imajući u vidu značaj i hitnost predmetne javne nabavke, svaki dan odlaganja početka rada linearnog akceleratora VARIAN 600DBX, predstavlja nemerljivu štetu po život i zdravlje pacijenata obolelih od zloćudnog raka. Što skorije stavljanje u funkciju linearnog akceleratora uticalo bi na smanjenje broja pacijenata na listi zakazanih pacijenata i skratilo bi se čekanje, čime bi se ubrzao pristup zračnoj terapiji i time omogućilo blagovremenije i pravovremenije lečenje u cilju poboljšanja zdravlja i produženja života značajnog broja pacijenata.

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Rešenjem o dodeli sredstava po javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2015. godini koje je hitno za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova, broj 129-401-3849/2015-7 od 29.08.2015. godine, Naručiocu - Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica dodeljena su sredstva.

Na osnovu ugovora zaključenog između Autonomne Pokrajine Vojvodine - Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad i Naručioca - Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, dana 04.08.2015. godine, čiji je predmet finansiranje troškova nabavke rezervnog dela za aparat za zračenje linearni akcelerator VARIAN 600DBX – talasovod, sa demontažom starog i montažom novog talasovoda, testiranjem i podešavanjem aparata za dovođenje u funkcionalno stanje i bezbedno za pacijente i osoblje koje radi na njemu i puštanje u rad u Institutu za onkologiju Vojvodine, u članu 3. navedeno je da će uplatu finansijskih sredstava Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju izvršiti tek po dostavljanju kompletne dokumentacije o sprovedenom postupku javne nabavke, uključujući i zaključen ugovor sa izabranim dobavljačem.

Odgovor na pitanje broj 4:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015, u daljem tekstu: ZJN) izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

a) Na strani 17 od 33, u Dokumentu broj 6 Obrazac Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka (9), podtačka 9.2.

tekst:

" Garantni rok se računa od momenta puštanja opreme u rad koja je predmet ove javne nabavke, tj. od potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu i ne može biti kraći od 24 (dvadesetčetiri) meseca od momenta puštanja opreme u rad. Podatak o dužini garantnog roka ponuđač unosi u u Dokument broj 7 – Obrazac ponude.

Garantni rok je elemenat kriterijuma za dodelu ugovora u slučaju da dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu.

Dobavljač je dužan da u skladu sa uslovima garancije, izda garantni list, odmah nakon puštanja u rad predmeta javne nabavke."

menja se i glasi:

„Garantni rok se računa od momenta puštanja opreme u rad koja je predmet ove javne nabavke, tj. od potpisivanja zapisnika o kvalitativnom prijemu i ne može biti kraći od proizvođačkog garantnog roka.

Podatak o dužini garantnog roka ponuđač unosi u u Dokument broj 7 – Obrazac ponude.

Garantni rok je elemenat kriterijuma za dodelu ugovora u slučaju da dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu.

Dobavljač je dužan da u skladu sa uslovima garancije, izda garantni list, odmah nakon puštanja u rad predmeta javne nabavke.“

b) Na strani 28 od 33, u Dokumentu broj 7 Obrazac ponude, tačka (6), u tabelarnom delu, kolona - podaci o dužini garantnog roka i roka isporuke, drugi red,

tekst:

" **Garantni rok** (ne kraći od 24 (dvadesetčetiri) meseca od momenta puštanja opreme u rad koja je predmet ove javne nabavke)."

menja se i glasi:

„**Garantni rok** (ne kraći od proizvođačkog garantnog roka, a koji se računa od momenta puštanja opreme u rad koja je predmet ove javne nabavke). Ponuđač u prilogu dostavlja fotokopiju izjave ili potvrdu proizvođača rezervnog dela koji je predmet ove javne nabavke“

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 68-2015-P-01