



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 29.09.2016.

Број: 5/1/1910

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – резервни део апарата за мамографију – ртг цев са уградњом и калибрацијом, број јавне набавке 72-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 28.09.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 28.09.2016. године (у ИОВ заведен под бројем 4733 од 29.09.2016.) године:

- *непотребно изостављено*

У тендерској документацији „РЕЗЕРВНИ ДЕО АПАРАТА ЗА МАМОГРАФИЈУ – РТГ ЦЕВ СА УГРАДЊОМ И КАЛИБРАЦИЈОМ“, на страни бр. 4, ставка 1.1, и на страни бр. 16, ставка 6, тражи се ртг. цев произвођача Varian, модел **М-1137**.

Модел ртг. цеви за ову врсту уређаја би требало да буде **М-113Т**, уместо М-1137. Varian ртг цев, модел М-1137 не постоји на тржишту.

Молим вас да проверите наведену информацију и да се промени тражени назив модела ртг цеви

- *непотребно изостављено* -

### Одговор Наручиоца

Наручилац је извршио проверу и прихвата као основану примедбу заинтересованог лица, те ће сходно томе извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  
Комисија за јавну набавку 72-2016-О-01