



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 10.11.2016.

Број: 5/1/2159

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У поступку јавне набавке мале вредности – транспортна колица (стречер) за пацијенте, број јавне набавке 02-11-16-д, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.11.2016. године, заинтересовано лице је 07.11.2016. године у 15,10 доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја (у ИОВ заведен под бројем 5495 од 08.11.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следећа питања - захтеве:

- *непотребно изостављено*

1. Hidraulično podešavanje po visini u rasponu od 500-895 mm i šire

**Pitanje:**

Da li je moguće ponuditi strečer sa hidrauličnim podešavanjem visine u rasponu od 540 – 870 mm ?  
Ova tehnička karakteristika ne utiče na osnovnu namenu i funkcionalnost predmetnog dobra, a omogućuje veću konkurentnost, što je i cilj svake javne nabavke.

4. Naslon za ledja podesiv : + 90 ° i više

**Pitanje :**

Da li je moguće ponuditi strečer sa naslonom za ledja podesiv: 85 ° ?  
Ova tehnička karakteristika ne utiče na osnovnu namenu i funkcionalnost predmetnog dobra, a omogućuje veću konkurentnost, što je i cilj svake javne nabavke.

16. Širina strečera maksimum 80 cm , dužina maksimum 217,5 cm

**Pitanje :**

Da li je moguće ponuditi strečer sa dimenzijama : širina : 81 cm , dužina 207 cm?  
Ova tehnička karakteristika ne utiče na osnovnu namenu i funkcionalnost predmetnog dobra, a omogućuje veću konkurentnost, što je i cilj svake javne nabavke.

- *непотребно изостављено-*

### **Одговори Наручиоца** **Одговор на питање број 1**

Узимајући у обзир сврху и намену предмета јавне набавке, те специфичности стања онколошких пацијената и реалне потребе, Наручилац је одредио минимално прихватљиве опсеге димензија и подешавања транспортних колица, при којима остаје.



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

За функционалност и флексибилност транспортних колица у конкретном случају јавне набавке неопходно је и захтева се:

- што нижа тачка подешавања, тако да је конкурсном документацијом опредељено да то буде 500мм;
- што већи опсег подешавања, тако да је конкурсном документацијом опредељено 395мм и шире. Предложени опсег од 330мм није прихватљив.

### Одговор на питање број 2

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица који се односи на измену обавезне техничке карактеристике под редним бројем 4 - **Наслон за леђа подесив: +90 степени и више**, те ће извршити измену конкурсне документације према следећем:

**Наслон за леђа подесив: +85 степени и више.**

### Одговор на питање број 3

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица који се односи на измену обавезне техничке карактеристике под редним бројем 16 - **Ширина стречера максимум 80цм, дужина максимум 217,5 цм**, те ће извршити измену конкурсне документације према следећем:

**Ширина стречера максимум 80цм±2цм, дужина минимум 206 цм - максимум 218цм.**

Сходно чл. 63. ст 1. и 3. ЗЈН, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације као и одговор заинтересованом лицу објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  
Комисија за јавну набавку 02-11-16-д