



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 14.01.2015.

Broj: 5/28

Poštovani,

U odgovoru Naručioca broj 5/25 od 13.01.2015.godine, na Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 12.01.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 357 od 12.01.2015. godine), Naručilac je zainteresovanom licu uputio molbu za pojašnjenje pitanja broj 3 (pitanje broj 3 - Molimo Vas da definišete kompetentnost pružaoca usluga na osnovu sertifikata izdatog od strane proizvođača čiji su instrumenti registrovani na teritoriji Republike Srbije?).

Zainteresovano lice je dostavilo Pojašnjenje pitanja broj 3, dana 13.01.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 408 od 14.01.2015. godine):

- nepotrebno izostavljeno -

"S obzirom da se radi o hirurškim instrumentima, smatramo da ovlašćeni serviser mora da poseduje sertifikat proizvođača hirurških instrumenata, jer materijali koji se koriste pri obradi, kao i postupci oštrenja moraju se izvoditi po bezbednim procedurama zbog kontaminacije instrumenata koja bi se prenela na pacijenta, a Vi niste konkursnom dokumentacijom predvideli da serviser poseduje sertifikat proizvođača hirurških instrumenata koji je te procedure ustanovio.

Iz napred navedenog, zahtevamo od Naručioca da kao uslov za učešće na tenderu uvede i zahtev da Ponuđač mora biti sertifikovan za pružanje usluge servisiranja hirurških instrumenata od strane jednog od proizvođača hirurških instrumenata registrovanih u Agenciji za lekove i medicinska sredstva"

- nepotrebno izostavljeno -

Odgovor Naručioca

Odgovor na pitanje broj 3 (Zahteva za dodatnim informacijama bez broja od 12.01.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 357 od 12.01.2015. godine)):

Usluga oštrenja hirurških instrumenata prvenstveno se odnosi na parenhimske noževe, a hirurške makaze u količini od 50-60 komada, oštrice se jednom godišnje. Podatke o proizvođačima parenhimskih noževa nemamo, s obzirom da su isti nabavljeni pre trideset i više godina.

S obzirom na navedeno, nije postavljen uslov da uslugu oštrenja hirurških instrumenata vrši serviser sa sertifikatom proizvođača.

U cilju dobijanja kvalitetne usluge, Naručilac je predvideo da se usluga oštrenja hirurškim instrumenata izvršava ručno, kvalitetnim alatom za oštrenje i poliranje. Sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta regulisano je tačkom (2) dokumenta broj 3 - Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, i članom 9. dokumenta broj 7 - Model ugovora.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 03-12-14-u